2012年 9月14日作成（新様式第1版）　　医療機器認証番号：222AABZX00131000

機械器具25　医療用鏡
管理医療機器　超音波軟性胃十二指腸鏡　JMDNコード：36951000

「超音波内視鏡 EG-530UT2」の付属品
鉗子栓 FOV-LL2

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
本製品は、内視鏡の取扱説明書に適用鉗子栓がFOV-LL2と記載がある機種に使用すること。

適用内視鏡　　：EG-530UT、 EG-530UT2

材質　　：オイル含侵シリコンゴム
オートクレーブ：可

本製品は、未滅菌である。
（用時滅菌品）

【使用上の注意】

＜使用注意＞
準備と点検
・本製品が故障するなど不測の事態に備えて、使用前に本製品の予備を用意すること。内視鏡手技を継続できない場合がある。
使用方法
・使用方法の詳細については、取扱説明書を参照すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜有効期間・使用の期限（耐用期間）＞
本製品は単回使用である。
有効期間（耐用年数）は製造後3年である。
「自己認証（当社データ）による」

【包装】
10個／パック

取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
富士フイルム株式会社
神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地
TEL：0120-771669

製造業者
富士フイルムオプティクス株式会社
フジノン水戸事業所

販売業者
富士フイルムメディカル株式会社
東京都港区西麻布二丁目26番30号
TEL：03-6419-8033

販売店

FW783A 202B1223405B
1209-3.0-FM